



IDENTIFIKAČNÍ LIST RM

ASTASOL[®] - CH CE226M

Standardní kalibrační roztok pro chromatografii v lahvičkách s kapilárou CERTAN[®]

Tento Identifikační list je formulován v souladu s TNI Pokynem ISO 31

1,1,2,2-tetrachloretylen

Kategorie:	Referenční materiál
Kód výrobku:	CE226M
Analyt:	1,1,2,2 - tetrachloretylen, certifikovaný

Přidělená hodnota koncentrace a její rozšířená nejistota (k = 2):

5000 ± 50 µg/ml (při 20 °C)

Matrice (rozpuštědlo):

Metanol (Picograde[®] pro analýzu reziduí), LGC Standards

Specifikace:

Číslo šarže: 104

Datum výroby: 6.11.2020

Datum expirace: 6.10.2022

Použití:

Jako kalibrant pro stanovení výše uvedeného analytu chromatografickými metodami.

Gravimetrická příprava a návaznost:

Vstupní analyt je navážen na elektronických vahách, rozpuštěn v uvedeném rozpouštědle v příslušné odměrné baňce (kalibrované odměrné nádoby třídy A). Při vážení se uplatní korekce na uvedenou čistotu certifikované výchozí látky, při doplňování se roztok temperuje na $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Rozšířená nejistota způsobená vážením, odměřováním objemu a doplňováním nepřesahuje $\pm 0,5\%$. Kontrolu správnosti nominálního složení tohoto kalibračního roztoku lze provést porovnáním koncentrací tohoto roztoku s nezávislým interním standardním roztokem.

Použitý obal:

Lahvička CERTAN® z tmavého skla vložená do plastového kontejneru. CERTAN® je obchodní ochranná známka zaregistrovaná firmou LGC Standards.

Skladování:

Standardní roztok by měl být skladován ve tmě při teplotě $5 - 10^\circ\text{C}$ (v lednici). Alikvótní podíly potřebné pro analýzu by měly být odpipetovány (injekční pipetou typu Hamilton) při 20°C okamžitě po otevření lahvičky CERTAN®; ta by měla být opět pevně uzavřena do 1 až 2 minut.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systemy managementu kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017: Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1 IL. verze: 13.11.2020

Revize IL:

Datum revize IL:

Verze IL: 01